

Guía de inicio rápido de EverGo



Paso 2



Paso 3



Paso 4



Paso 5



Paso 7

1. Fije el asa de transporte y la correa para el hombro a la bolsa portátil.

2. Inserte las baterías.

Para insertar las dos baterías de ión de litio, abra la cremallera de la parte superior de la unidad, levante la tapa de la bolsa y abra la tapa.

Tire hacia atrás de la pestaña de sujeción de la parte superior del dispositivo EverGo e inserte suavemente una de las baterías con la etiqueta de Respironics hacia el interior del dispositivo. La sujeción se ajustará sobre la batería. Inserte la segunda batería de la misma forma. Cierre la cremallera de la bolsa. Paso 2

Importante: Si alguna de las baterías sobresale de la superficie superior gris, es posible que esté al revés. Retírela e insértela correctamente.

3. Coloque el dispositivo EverGo en un lugar bien ventilado con el filtro de partículas en su lugar en el pequeño compartimiento de malla con cremallera.

4. Cargue las baterías con el cable de CA.

En primer lugar, conecte el cable de alimentación a la fuente de alimentación. A continuación, conecte el cable de salida de la fuente de alimentación de CA a la toma de corriente del lateral del dispositivo EverGo. Seguidamente, enchufe el cable de alimentación de CA a una toma de corriente .

Importante: antes de usar por primera vez debe cargar las baterías de EverGo (4 horas) enchufándolo a la toma de CA. No lo use con batería hasta que no esté completamente cargada.

5. Conecte una cánula nasal a la salida de oxígeno de la parte superior del dispositivo.

6. Encienda el sistema EverGo.

Toque suavemente la pantalla. En los 5 segundos siguientes, toque el símbolo de encendido/apagado, ya que si no lo hace la pantalla se apagará.

7. Ajuste el flujo.

Toque el número grande del centro de la pantalla (aquí se muestra el ajuste 2). Utilice las flechas arriba/abajo para ajustar el flujo a la frecuencia prescrita por el médico.

8. Colóquese la cánula nasal sobre la cara y respire normalmente por la nariz.

Duración de la batería del dispositivo EverGo

La tabla siguiente muestra la duración aproximada de uso a 20 respiraciones por minuto (RPM). Esta duración puede variar en función del nivel de actividad y el estado de las baterías.

Ajuste del flujo	Frecuencia respiratoria de 20 RPM (2 baterías)	Frecuencia respiratoria de 20 RPM (1 batería)
1	12 horas	6 horas
2	8 horas	4 horas
3	6 horas	3 horas
4	4 horas	2 horas
5	4 horas	2 horas
6	4 horas	2 horas

Utilización del carro móvil EverGo



Para instalar y utilizar el carro móvil, siga estos sencillos pasos.

1. Coloque el carro móvil sobre una superficie nivelada, sujete el asa con una mano y abra el soporte de la base.
2. Tire hacia atrás de la cinta elástica de la parte posterior de la caja de transporte y pásela por el asa del carro. A continuación, pase la bolsa de accesorios por el asa del carro.
3. Presione el botón "PUSH" de la parte superior del asa. A continuación, tire del asa hacia arriba para extender el brazo del carro hasta alcanzar la altura deseada.
4. El carro ya está listo para transportar cómodamente el concentrador de oxígeno y la bolsa de accesorios.

Respironics es una marca registrada y EverGo y Freedom Series son marcas comerciales de Respironics, Inc. y de sus afiliadas. Cubierto por una o más patentes. Otras patentes en trámite.

Asesoría para venta o alquiler



Tels.: Cali: 052-380-6979 / Bogotá: 051-600-9454
<http://eshops.mercadolibre.com.co/fv/1000deals/>

Línea de Whatsapp/Viber/Tango:



315-783-7832

visita nuestras tiendas en:



Asesor:	Teléfono:
---------	-----------

Latinoamérica
+55 11 2125 0744

Respironics Europe, Middle East, Africa
+33 1 47 52 30 00

Philips Respironics
1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668

Respironics Asia Pacific
+65 6298 1088

Customer Service
+1 724 387 4000
800 345 6443 (toll free, US only)
www.philips.com/respironics



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Reservados todos los derechos.

Philips Healthcare se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones y/o de dejar de fabricar cualquier producto en cualquier momento sin previo aviso ni obligaciones y no se considera responsable de las consecuencias derivadas de la utilización de esta publicación.

PRECAUCIÓN: la ley federal de EE. UU. limita la venta de estos dispositivos a médicos o bajo prescripción facultativa.

Broudy KB 11/10/09 MCI 4102891 PN 1050144